



**CENTRALNA
KOMISJA
EGZAMINACYJNA**

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
Rok 2016
KRYTERIA OCENIANIA

*Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczęcia egzaminu*

Nazwa kwalifikacji: **Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych**

Oznaczenie arkusza: **Z.02-01-16.01**

Oznaczenie kwalifikacji: **Z.02**

Numer zadania: **01**

Wypełnia egzaminator

Kod ośrodka

--	--	--	--	--	--

 –

--	--	--	--	--	--

Kod egzaminatora

--	--	--	--	--	--

Data egzaminu

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień Miesiąc Rok

Godzina rozpoczęcia egzaminu

--	--

 :

--	--

Numer PESEL zdającego*										Numer stanowiska		

* w przypadku braku numeru *PESEL* – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Numer stanowiska							

Elementy podlegające ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje **T**,
jeżeli zdający spełnił
kryterium albo **N**, jeżeli
nie spełnił

Rezultat 1: KARTA MIAR

Opis zawiera :

Uwaga! Kryterium jest również spełnione jeżeli zdający zmienił kolejność zapisu pomiarów w opisie.

1	wysokość cholewki i długość stopy						
2	obwód przodostopia (albo obwód przez głowy I i V kości śródstopia)						
3	obwód podbicia (albo obwód przez największe wysklepienie łuku stopy i najwyższy punkt na podbiciu)						
4	obwód przez piętę (albo obwód na wysokości pięty i stawu skokowego)						
5	obwód kostki (albo obwód powyżej kostek tam gdzie goleń jest najcieńsza)						
6	obwód w miejscu zakończenia cholewki						

Na rysunku stopy lewej naniesione są linie wymiarowe i ich oznaczenia:

Uwaga!

Kryterium jest spełnione jeżeli linia pomiarowa została poprawnie naniesiona na rysunku stopy, a oznaczenie tej linii jest zgodne z opisem wykonanym przez zdającego.

7	naniesione i oznaczone linie wymiarowe długości stopy i wysokości cholewki						
8	naniesione i oznaczone linie wymiarowe obwodu przodostopia i obwodu podbicia						
9	naniesiona i oznaczona linia wymiarowa obwodu piętowo-skokowego						
10	naniesione i oznaczone linie wymiarowe obwodu kostki i obwodu w miejscu zakończenia cholewki						

Numer
stanowiska

Rezultat 2: tabela WYKAZY

1	Wykaz surowców i materiałów zawiera: gips budowlany, gips szpachlowy, opaski gipsowe, woda, wazelina techniczna, mydło, folia spożywcza <i>Kryterium jest spełnione, gdy zdający zapisze co najmniej 3 spośród wymienionych elementów.</i>						
2	Wykaz surowców i materiałów zawiera: korek techniczny, skóra bydlęca obuwnicza, skóra podszewkowa, styrogum, skóra wtórna, tkanina chemoutwardzalna fibra, gąbka lateksowa, peloty lateksowe, klej, taśma bawełniana, nici, otok, taśma stylonowa, oczka do sznurowadeł, gwoździe, sznurowadła. <i>Kryterium jest spełnione, gdy zdający zapisze co najmniej 8 spośród wymienionych elementów.</i>						
3	Wykaz narzędzi i maszyn zawiera: miska z wodą, ołówek kopiowy, noż do gipsu, nożyce opatrunkowe, piła tarczowa, kleszcze do odginania gipsu, wiadro, tarnik, siatka druciana, skrzynia z piaskiem, miseczka gumowa, łopatka do nakładania gipsu. <i>Kryterium jest spełnione, gdy zdający zapisze co najmniej 6 spośród wymienionych elementów.</i>						
4	Wykaz narzędzi i maszyn zawiera: stół do rozkroju, stół do montażu, maszyna do szycia lub łaciarka, szarfowaczka, drasarka, nóż cholewkarski, nóż szewski lub krajak, nóż do otoków lub krawężnik, młotek, nożyce, miarka szewska, cęgi, cienkopis, szczypce, pędzle szczecinowe, ścieniarka, oczkarka, liniał, polerka, pociągiciel. <i>Kryterium jest spełnione, gdy zdający zapisze co najmniej 10 spośród wymienionych elementów.</i>						

Numer
stanowiska

Rezultat 3: SCHEMAT BLOKOWY

Zawiera:

1	pobranie miary						
2	wykonanie negatywu i pozytywu gipsowego						
3	modelowanie kopyt						
4	wykonanie szablonów cholewek						
5	uszczenie cholewek						
6	przygotowanie spodów						
7	montaż obuwia						
8	wykonanie i wklejenie wkładek						
9	przymiarka obuwia						
10	wydanie obuwia wraz z instruktażem użytkowania i konserwacji						

Numer
stanowiska

Rezultat 4: negatyw gipsowy

1	negatyw jest szczelny						
2	wnętrze negatywu zaimpregnowane jest wodnym roztworem mydła						
Miejsca przeznaczone do odciążenia zostały odwzorowane na wewnętrznej powierzchni negatywu:							
3	okolica kości sześcienniej						
4	guzowatość V kości śródstopia						
5	kostka boczna						
6	kłęb palucha						
Negatyw jest domodelowany w okolicach:							
7	pięty						
8	kostki bocznej						
9	kostki przyśrodkowej						
10	bocznej krawędzi stopy						

Numer
stanowiska

Przebieg 1: przebieg wykonania negatywu

Zdający:

1	owinął folią ochronną symulator stopy gładko, bez zmarszczek						
2	namoczył opaski gipsowe w naczyniu z ciepłą wodą						
3	nałożył drut stalowy lub miedziany na powierzchnię grzbietową stopy						
4	nałożył opaski gipsowe ruchem spiralno-okrężnym, tak aby każdy następny obwój zachodził częściowo na poprzedni						
5	narysował "drabinkę" po zastygnięciu gipsu						
6	rozciął gips nożyczkami lub nożem i zdjął negatyw z modelu stopy						
7	złożył i połączył negatyw zgodnie z liniami poziomymi „drabinki"						
8	zabezpieczył negatyw dodatkowymi opaskami gipsowymi w linii cięcia						
9	pracował w rękawiczkach i fartuchu ochronnym						
10	uporządkował stanowisko pracy po wykonaniu zadania						

Egzaminator

imię i nazwisko

.....

data i czytelny podpis

Rysunek do Rezultatu 1.

KARTA MIAR


Opis

I. Długości/wysokości

- 1 - wysokość cholewki
- 2 - długość stopy

II. Obwody

- a - obwód przodostopia (albo obwód przez głowy I i V kości śródstopia),
- b - obwód podbicia (albo obwód przez największe wysklepienie łuku stopy i najwyższy punkt na podbiciu),
- c - obwód przez piętę (albo obwód na wysokości pięty i stawu skokowego),
- d - obwód kostki (albo obwód powyżej kostek tam gdzie łydeł jest najcieńsza),
- e - obwód w miejscu zakończenia cholewki,



Rysunek stopy lewej